
 ПРОТОКОЛ
 ИСПЫТАНИЯ

Адрес Заказчика:

eVinco Co., Ltd 11/F Jonsim Place 228 Queen's Road East Wanchai, Hong Kong

Дата	2010-01-01	Счет	00001
Дата Отгрузки	2010-03-01	Условия Поставки	ExW
Примечание	<p>Стандартное удостоверение качества. С этими условиями по испытаниям изделия не были специально проверены, все наши технологии обеспечивают стандартное качество. Все данные являются усредненными значениями, при этом допуски и погрешности являются стандартными, качество обеспечивается технологией производства, об этом сообщается в протоколе испытаний после осмотра и технического контроля согласно технологии, прилагается стандартная спецификация или выписка техусловий. Пожалуйста, просмотрите наши спецификации или, возможно, любые другие спецификации, чтобы знать больше об этих материалах и изделиях из этих материалов.</p> <p>Первоклассное удостоверение качества. С этими условиями по испытаниям изделия специально испытываются, такие испытания проводятся выборочно на одной части или нескольких частях из материала с одним и тем же идентификационным номером, например, одним и тем же номером варки и-или одним и тем же номером отжига, номера которых подтверждают, что это одни и те же самые материалы. Тем не менее, идентификационные номера для многих наших материалов не вносятся в протоколы испытаний. В том случае, когда точные данные по материалу будут требоваться, тогда наш протокол испытаний с первоклассными проверенными данными является необходимым, так же ваш входной контроль качества будет обязательным.</p> <p>Пожалуйста см., все по протоколу испытаний и другим документам с каждой поставкой.</p>		

Номер	Наименование Продукции
BP-460-200	<p>стекло С3С22 пластина 50 x 50 x 4</p> <p>Поглощение, А:</p> <p>A (400 ± 15 nm) < 0.050</p> <p>A (460 ± 15 nm) = 0.012</p> <p>A (600 ± 15 nm) > 0.560</p>

ВСЕ ПРОВЕРЕНО БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ